AGALAS 1, AGALAS 2 LINDE HEALTHCARE
Gaz comprimés, en bouteille

Remarques préliminaires
- Vérifier à la livraison et avant toute utilisation, l'intégrité de l'emballage et du système de garantie d'inviolabilité.

Caractéristiques des dispositifs
- Composition des différents mélanges AGALAS :

	He	N_2	CO_2
AGALAS 1	82 %	13,5 %	4,5 %
AGALAS 2	74 %	20 %	6 %

- Les mélanges AGALAS sont des gaz sous pression (150 bar à 15°C).
- La quantité résiduelle de gaz dans l'emballage peut être évaluée par mesure de sa pression.
- Bouteilles équipées de robinets normalisés de type "C" selon la norme NF E 29-650 -1992.

Indications

Les mélanges AGALAS sont destinés à l'alimentation d'appareils lasers CO_2 médicaux (à cavité non scellée) .

Contre-indication / Mises en garde
- Les mélanges AGALAS nécessitent une ventilation des lieux d'utilisation.
- Se conformer aux consignes d'utilisation données par le fabricant du dispositif associé à la bouteille.

Précautions d'emploi
- Manipuler le matériel avec des mains propres.
- Ne pas transvaser de gaz sous pression d'une bouteille à une autre.
- Ne pas se placer face à la sortie du robinet, ni derrière la bouteille de gaz sous pression mais toujours latéralement.
- Utiliser des raccords ou flexibles de raccordement normalisés de type "C".
- Ne pas tenter de réparer un robinet défectueux.
- Ne pas déconnecter ou tenter de resserrer le raccordement sans avoir préalablement purgé le gaz sous pression.

Mode d'emploi
- Avant toute utilisation, vérifier l'adéquation et le bon état du matériel et du dispositif associé au mélange AGALAS.
- S'assurer que la quantité résiduelle du produit permettra la continuité d'alimentation pendant tout le processus d'utilisation du produit. Pour cela , vérifier l'autonomie par lecture de la pression sur le manomètre.
- Nettoyer et décontaminer si nécessaire la bouteille, vérifier son intégrité.
- Oter le bouchon de garantie d'inviolabilité de l'emballage, vérifier la propreté du raccord de la bouteille et l'absence de corps étrangers.
- Ouvrir légèrement le robinet de la bouteille jusqu'à obtention du sifflement du gaz et refermer aussitôt (cette manœuvre chasse tout corps étranger). Répéter l'opération deux à trois fois.
- Raccorder la bouteille au dispositif associé : faire coïncider les raccords du détendeur et de la bouteille puis visser le détendeur à la main jusqu'à
  la butée (attention : risque de détérioration du joint d'étanchéité si utilisation d'une clé).
- Vérifier avant l'ouverture du robinet que les raccordements sont correctement effectués.
- Ouvrir lentement le robinet de la bouteille, sans forcer ; ne pas l'utiliser en butée.
- Après utilisation, toujours fermer le robinet de la bouteille et purger le gaz sous pression résiduelle.

Recommandations particulières
- Gaz Réservé à l'usage médical
- L'utilisation doit être assurée par des personnes compétentes et habilitées.
- Lors de leur transport, fixer les bouteilles afin de leur éviter tout choc mécanique ou chute.
- Ne pas manipuler ni soulever la bouteille par son robinet.
- Conserver les bouteilles vides robinet fermé.

Conservation / Transport
- Ne pas dépasser la durée limite de validité figurant sur le conditionnement.
- Conserver à l'abri des chocs, chutes, sources de chaleur, intempéries et à une température inférieure à 50°C.
- Le lieu de stockage spécifique doit être largement ventilé.
- En stockage comme en utilisation : arrimer les bouteilles verticalement avec un moyen approprié (râteliers, chaînes,...).

Incidents possibles

Fuite de gaz : fermer le robinet, purger le système de raccordement. Si la fuite persiste, mettre la bouteille dans un endroit bien ventilé, laisser évacuer le gaz sans chercher à colmater ni réparer le robinet et retourner l'emballage identifié comme défectueux au fabricant.

En cas de constat d'effet indésirable ou d'incident, contacter Linde Healthcare au N° 0810 890 408 (24h/24).

Linde France S.A.

CE 0120

Activité médicale : Linde Healthcare
140 avenue Paul Doumer, 92508 Rueil-Malmaison Cedex
Siège social : Linde France S.A. , 523 cours du 3e Millénaire, 69800 Saint-Priest
Tél. : 0 810 421 000, Fax : 05 34 61 30 49, www.linde-healthcare.fr

THE LINDE GROUP

MED 241.1 – 1998- Rev 0311 Ce document est la propriété de Linde Healthcare. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.